2025年江苏省基本避孕药具（避孕套）第二轮采购项目征求意见公告
（招标编号：/）

一、内容：

江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心近期就2025年江苏省基本避孕药具（避孕套）第二轮采购项目，采用公开招标方式进行政府采购。现就拟定的本项目采购文件进行公示，并向潜在供应商公开征求意见。附件中的项目需求非正式内容，正式内容详见后续发布的采购文件。

一、征求意见范围

（一）采购需求

1. 采购标的需实现的主要功能或者目标：详见附件
2. 采购标的需执行的相关标准、规范：符合中华人民共和国财政部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定；
3. 参与本采购标的投标人需满足的要求：具体要求见附件；
4. 采购的数量、采购项目交付或者实施时间和地点：详见附件
6. 采购标的其他技术、服务等要求：详见附件。

（二）采购文件

1. 采购需求是否完整，是否存在倾向性条款；
2. 供应商资格条件是否存在排他性条款；
3. 评分细则设置是否合理；
4. 采购文件是否存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款；
5. 采购文件是否存在其他违法违规内容。

二、意见的提交方式

请各提出意见的潜在供应商应于2025年8月6日17点前（节假日除外）将书面意见（PDF盖章版）发送至电子邮箱：jiangy@jitic.cn。联系方式：江苏省招标中心有限公司，地址：南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1203室。联系人：陈诚，联系电话：025-83249926。

三、合格的意见和建议书要求

1. 针对采购文件内容提出意见和建议的，需明确有意见的采购文件内容所在页次和行数，并说明提出意见的理由和依据；
2. 潜在供应商须在书面材料上加盖单位公章，注明联系人、联系电话等通讯方式；
3. 对逾期送达或未按照本公告要求提交书面意见的，将不予接受。对提供虚假材料或恶意扰乱政府采购正常秩序的，按规定提请政府采购监管部门处理。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心。

三、联系方式

招 标 人： 江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心
地 址： /
联 系 人： /
电 话： /
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏省招标中心有限公司
地 址： 南京市鼓楼区郑和中路118号17楼
联 系 人： 姜瑶
电 话： 025-83249926
电 子 邮 件： jiangy@jitc.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：陈诚（签名）
招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

2025年江苏省基本避孕药具（避孕套）

第二轮采购项目需求

一、采购品种及规格一览表

分类	包号	品种名称 (标的名称)	规格	单位	每件内装	
避孕套	1	天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）	49mm	只	2000	
			52mm	只	2000	
			55mm	只	2000	
	2	天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）	52mm	只	2000	
			天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面3只装）	52mm	只	1800
			天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面5只装）	52mm	只	2000
	3	天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）	52mm	只	2000	
	4	天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）	52mm	只	2000	
5	聚氨酯避孕套（2只装003）	52mm	只	960		

以下条款中，本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，若存在负偏离或缺项或不能满足，将被视为未能实质响应招标文件，做无效投标处理。

二、技术要求

（一）分包1、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）

包号	品种名称 (标的名称)	规格	包装规格	单位	每件内装
1	天然橡胶胶乳男用避孕套 (光面)	49mm	10只装	只	2000
		52mm	10只装	只	2000
		55mm	10只装	只	2000

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）质量要求：

（1）产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

（2）天然进口胶乳橡胶（提供进口报关单及采购合同复印件），硅油：医用级二甲基硅油润滑剂，单个包装硅油润滑剂总量≥400mg。

(3) 老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为 $(168\pm 2) h \times (70\pm 2) ^\circ C$ ）。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）为光面普通型，尺寸规格为49mm、52mm、55mm，不含储精囊长度 $\geq 170mm$ 。

3、包装规格：单只装铝膜方包，每盒10只，装箱规格为每件内装2000只。消费包装纸盒采用375g的镭射金、银卡纸制作。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）的包装和标签等除满足国家法律规定外，还应符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》中的相关规定。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）的生产批号须满足以下要求：

(1) 避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2025年，年份用25表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

(2) 若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

(二) 分包2、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）

包号	品种名称 (标的名称)	规格	包装规格	单位	每件内装
2	天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）	52mm	10只装	只	2000
	天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面3只装）	52mm	3只装	只	1800
	天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面5只装）	52mm	5只装	只	2000

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）质量要求：

(1) 产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

(2) 天然进口胶乳橡胶（提供进口报关单及采购合同复印件），硅油：医用级二甲基硅油润滑剂，单包装硅油润滑剂总量 $\geq 500mg$ ；

(3) 老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为 $(168\pm 2) h \times (70\pm 2) ^\circ C$ ）。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）为颗粒、螺纹混合型，尺寸规格为52mm，不含储精囊长度 $\geq 170mm$ 。

3、包装规格：单只装铝膜方包，分别为10只/盒、3只/盒、5只/盒，对应装箱规格分

别为每件内装2000只、1800只、2000只。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。消费包装纸盒采用375g的镭射金、银卡纸制作。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2025年，年份用25表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

（三）分包3、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）

包号	品种名称（标的名称）	规格	包装规格	单位	每件内装
3	天然橡胶胶乳男用避孕套 （超薄）	52mm	10只装	只	2000

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）质量要求：

（1）产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

（2）天然进口乳胶（提供进口报关单及采购合同复印件），医用级二甲基硅油润滑剂，单包装硅油润滑剂总量 $\geq 500\text{mg}$ 。

（3）老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为 $(168\pm 2)\text{h} \times (70\pm 2)\text{℃}$ ）。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）为光面、标称厚度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，尺寸规格为52mm，不含储精囊长度 $\geq 170\text{mm}$ 。

3、包装规格：单只装铝膜方包，每盒10只，装箱规格为每件内装2000只。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。消费包装纸盒采用375g的镭射金、银卡纸制作。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2025年，年份用25表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

(四) 分包4、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）

包号	品种名称（标的名称）	规格	包装规格	单位	每件内装
4	天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）	52mm	10只装	只	2000

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）质量要求：

(1) 产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

(2) 天然进口乳胶（提供进口报关单及采购合同复印件），润滑剂为水溶性润滑剂（含玻尿酸），水溶性润滑剂含量 $\geq 700\text{mg}$ 。

(3) 老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为 $(168\pm 2)\text{h} \times (70\pm 2)\text{℃}$ ）。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）为光面超薄，标称厚度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，尺寸规格为52mm，不含储精囊长度 $\geq 170\text{mm}$ 。

3、包装规格：单只装铝膜方包，每盒10只，装箱规格为每件内装2000只。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。消费包装纸盒采用375g的镭射金、银卡纸制作。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）的生产批号须满足以下要求：

(1) 避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2015年，年份用15表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

(2) 若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

(五) 分包5、聚氨酯避孕套（2只装003）

包号	品种名称（标的名称）	规格	包装规格	单位	每件内装
5	聚氨酯避孕套（2只装003）	52mm	2只装	只	960

1、聚氨酯避孕套质量要求：

(1) 产品符合现行有效行业标准（HG/T5456-2018、Y/T 1850-2023）。

(2) 主要材料为聚氨酯，润滑剂为医用级二甲基硅油，单包装硅油润滑剂总量 $\geq 500\text{mg}$ 。

2、聚氨酯避孕套：厚度0.03-0.0399mm；尺寸规格为52mm，不含储精囊长度≥170mm。

3、包装规格：单只碟型装，每盒2只，装箱规格为每件内装960只，含中包装袋。（中包装印有国家基本公共卫生服务项目标识、“江苏避孕药具公共服务”公众号二维码，无商标、品名等信息）。

4、聚氨酯避孕套的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。

5、聚氨酯避孕套的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2025年，年份用25表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

三、质量保证要求

1、生产质量保证能力：投标人应具备完成本项目的生产质量保证能力，配备能满足本项目要求的生产人员和质量管理人員；并配备能满足本项目要求的生产场地及设备；

2、检测能力：投标人具备完成本项目相应的检测能力，配备能满足本项目要求的专业检测人员和检测仪器；

3、主要原材料管理能力：为保证本项目产品质量，投标人应确保相应的原料药供应能力，对原材料的产品质量有明确的检测验收标准，确保优质的原材料可以长期、稳定、高效地供货；

4、仓储环境能力：投标人具备完成本项目相应的仓储能力，投标供应商应配备能满足本项目要求的仓储环境，并建立相关的仓储制度，供应商需提供针对自身仓储条件的情况说明并提供相关证明材料，包括仓储面积、环境维护标准等；

四、商务条款要求

1、售后服务及承诺：

供应商应具有本地化服务能力，配备相应的售后服务人员，并提供售后服务响应标准、服务体系、备件体系、应急解决方案、专业技术人员保障等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。

2、供货时间：

(1) 中标人应在2025年11月15日前完成本项目的所有供货。

(2) 中标人应按照招标人提供的交货计划，集中批号，及时配送药具。

3、供货地点：避孕套产品配送至江苏省乡级及以上仓库。药具应运至需方指定地点或搬至仓库指定位置，所有药具（包含非整箱药具）应当配有厂家正规包装箱。

4、中标人交货前应配合招标人完成资质备案，提供质量保证书、授权委托书。

5、中标人交货时应提供药具标注批的出厂检测报告书，以及具有法定资质的第三方检测机构出具的标注批的检测报告书。

6、中标人向招标人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内（外用药、宫内节育器为3个月内）的产品。

7、产品追溯服务要求：投标人应保证按照江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心的要求，提供中标产品准确物资流向的信息。流向信息包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。

(1) 将所有发货运单予以完整、全数留存以备查。

(2) 保证反馈的流向信息与实际一致，且出库发货时间、发往地与发运单上有关信息全一致，与仓库进出库记录吻合。

8、药具包装箱内附药具合格证。

9、招标人有权在合同履行过程中，选择专业机构对中标人的生产供应情况进行驻厂核查，中标人应予以配合。驻厂核查中发现供方关键项目与投标响应文件不一致的，招标人可视情况解除本合同，并将中标人列入负面清单，三年内不得参与江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心组织的基本避孕药具政府采购项目。

10、抽检：中标人应配合招标人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。

11、投标样品要求

(1) 投标人提供投标样品时需提供厂家生产样品的含技术参数的产品彩页或产品彩页照片；

(2) 请投标人按照招标文件要求提供所投产品的样品，包括：

1) 开标前随投标文件一并提供所投分包的所有规格各3盒避孕套消费包装的样品，包装要求要符合《江苏省免费避孕药具包装及标签要求》的规定。

2) 提供大包装箱裁样，面积 25cm×25cm，包装要求要符合《江苏省免费避孕药具包装及标签要求》的规定。

(3) 样品递交时，需单独密封，并在外包装上注明投标人名称、项目编号、分包号，以及标明“样品”字样，如因标注不清而产生的后果由投标人自负；

(4) 样品递交时间：样品需在投标截止时间前与投标文件一并递交；在此期间样品由投标人自行保管；

(5) 样品递交地点：与投标文件一并递交；

(6) 样品应满足以下要求：

1) 评委根据投标人提供的避孕套样品材质优良，质量符合国家及招标文件要求；

2) 评委根据投标人提供的避孕套样品外观整体造型美观大方，色彩搭配比例协调，具有较强的视觉识别度，符合政府基本避孕药具项目主题；

3) 评委根据投标人提供的大包装箱裁样的包装设计、避孕套消费包装、避孕套最小包装的包装设计, 符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》;

4) 评委根据投标人提供的大包装箱裁样的包装材料、避孕套消费包装、避孕套最小包装的包装材料, 符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》;

5) 评委根据投标人提供的大包装箱裁样的包装印刷、避孕套消费包装、避孕套最小包装的包装印刷, 符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。

五、违约条款

1、中标人所交货物品种、型号、规格、质量、功能、外观等不符合本合同规定的, 如果招标人同意使用, 应当按质论价; 如果招标人认为不能使用的, 应根据货物的具体情况, 由中标人在[5]个工作日内负责包换, 并承担因调换、运输而产生的全部费用。中标人不能在前述时间内完成调换, 或者调换后的货物仍不符合合同规定的, 招标人有权退货, 并要求中标人按不能交货部分货款的[10%]承担违约金并赔偿招标人的损失。招标人退货的, 中标人除承担上述违约责任外, 应自招标人提出退货要求起[10]日内向招标人退回退货部分的全部货款, 并自行负责货物运输等事宜, 逾期未支付退货货款的, 中标人还应按逾期未退货款的日万分之[10]承担违约金。对于退货款项, 招标人有权自行从应付合同总额中扣除充抵, 并要求中标人开具增值税红字发票。

2、中标人提前交货的, 招标人接货后, 仍可按合同规定的交货时间付款。中标人逾期交货的, 应在发货前[5]个工作日内书面通知招标人, 与招标人协商, 招标人仍需要的, 中标人应继续交货, 并按每逾期一日支付合同总额的[0.1]%承担逾期交货责任; 招标人不再需要的, 应当在接到中标人通知后[10]日内通知中标人, 单方解除合同, 并有权要求中标人赔偿因逾期交货给招标人造成的损失。招标人逾期不答复的, 视为同意发货。不论中标人是否书面通知招标人, 如中标人逾期交货超过[5]天, 招标人即有权单方解除合同, 并要求中标人赔偿因逾期交货给招标人造成的损失。

3、中标人不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的, 应向招标人偿付合同总额的[3]%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的, 招标人有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

4、按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失, 应当在明确责任后[10]日内付清, 逾期按应支付金额的日万分之[5]计收利息。依据本合同中标人应向招标人支付前述款项的, 招标人有权自行从应付合同总额中扣除充抵。

六、履约验收要求

招标人成立履约验收小组按照相关要求对中标供应商提供的货物进行履约验收, 履约验收内容包括不限于药具种类、数量、外观、第三方抽检报告(如有)等。招标人将根据验收

结果及异常情况处理内容出具验收报告并通知中标供应商。