


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	巩义市总医院
拟采购产品名称	4K 超高清宫腹腔镜系统
拟采购产品金额	1900000.00 元
采购项目所属项目名称	巩义市人民医院 4K 超高清宫腹腔镜系统项目
采购项目所属项目金额	1900000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取： ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取： ☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1、目前，受技术水平和专利限制国内产品摄像主机不具备多种腔镜光谱分析处理模式，对血管的辨识度欠佳； 2、国产腹腔镜主机不能兼容电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜等内窥镜，摄像系统不可多镜种共用，难以实现双镜联合、多镜联合手术； 3、进口产品设计理念先进，生产工艺精湛，安装使用方便，便于后期保养维护，且配备有完善的售后体系。国内产品工艺相对落后，安装复杂，不利于长期使用，售后服务体系不完善。	
三、专家论证意见 进口4K超高清宫腹腔镜系统，具备7种图像模式，尤其是具备特殊光模式，可有效区分正常组织与病变组织的边界，且可一键对焦和连续自动对焦功能，能保持分辨率不低于40x260。同时具备双镜联合功能，不同图像在同一显示器上分屏显示，主机兼容性较强，可连接3D电子腹腔镜、电子胆道镜等，后期维护方便，完成手术的患者进行检查，但国产设备在以上技术方面上不具备特殊光模式，主机兼容性较差，不能有效满足患者进行检查。因此予以进口。	
专家签字：	
日期： 2026 年 10 月 26 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字