验收清单

订 单 号：vishee202609170014
供 货 方：南京伟思医疗科技股份有限公司（甲方）
验 收 方：平顶山市第六人民医院（乙方）
产品名称：经颅重复磁刺激仪
产品编码：011822080
订单数量：2
产品型号：MagNeuro T270 Pro
产品配置：标准版

项目	序号	物料编码	物料名称	单位	数量
经颅重复磁刺激仪	1	010800029-02	理疗用体表电极	片	20
	2	010800070-01	理疗用体表电极	片	20
	3	020100288D	刺激主机（二通道）	套	1
	4	020220098	伟思磁刺激仪MN系列软件	套	1
	5	020300275	刺激线圈(VB1)	套	1
	6	020300305	触控一体机	套	1
	7	020300403-01	运动诱发电位检查模块	台	1
	8	020400190-01	散热主机	套	1
	9	030117711	脚踏开关	个	1
	10	050401023A	电源线	根	1
	11	050404138	连接线	根	1
	12	050409044	电极线	根	2
	13	050409045	参考电极线	根	1
	14	051810190-06	经颅重复磁刺激仪使用说明书（含保修卡）	本	1
	15	051812015	通用合格证	个	1
其他	1	030113016	一次性使用心电电极	片	25
	2	030116397	不锈钢支架	个	2
	3	030117694	磁吸充电线	根	1
	4	030117695	USB充电器	个	1
	5	040200169-01	定位帽M码	个	2
	6	040200170-01	定位帽L码	个	1
	7	040300343-06	主机推车	个	1
	8	051810271-01	经颅重复磁刺激仪快速操作手册	本	1

本清单一式两份，甲方和乙方各执一份，作为合同附件及验收依据

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：2026.9.30.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

验收清单

订 单 号：vishee20260917O014
供 货 方：南京伟思医疗科技股份有限公司（甲方）
验 收 方：平顶山市第六人民医院（乙方）
产品名称：刺激线圈(VD1)
产品编码：020300277
订单数量：2
产品型号：VD1
产品配置：

项目	序号	物料编码	物料名称	单位	数量

本清单一式两份，甲方和乙方各执一份，作为合同附件及验收依据

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：2026.9.30.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

验收清单

订 单 号: vishee202609170014
供 货 方: 南京伟思医疗科技股份有限公司（甲方）
验 收 方: 平顶山市第六人民医院（乙方）
产品名称: 经颅重复磁刺激仪
产品编码: 011822080
订单数量: 2
产品型号: MagNeuro T270 Pro
产品配置: 标准版

项目	序号	物料编码	物料名称	单位	数量
经颅重复磁刺激仪	1	010800029-02	理疗用体表电极	片	20
	2	010800070-01	理疗用体表电极	片	20
	3	020100288D	刺激主机（二通道）	套	1
	4	020220098	伟思磁刺激仪MN系列软件	套	1
	5	020300275	刺激线圈(VB1)	套	1
	6	020300305	触控一体机	套	1
	7	020300403-01	运动诱发电位检查模块	台	1
	8	020400190-01	散热主机	套	1
	9	030117711	脚踏开关	个	1
	10	050401023A	电源线	根	1
	11	050404138	连接线	根	1
	12	050409044	电极线	根	2
	13	050409045	参考电极线	根	1
	14	051810190-06	经颅重复磁刺激仪使用说明书（含保修卡）	本	1
	15	051812015	通用合格证	个	1
其他	1	030113016	一次性使用心电电极	片	25
	2	030116397	不锈钢支架	个	2
	3	030117694	磁吸充电线	根	1
	4	030117695	USB充电器	个	1
	5	040200169-01	定位帽M码	个	2
	6	040200170-01	定位帽L码	个	1
	7	040300343-06	主机推车	个	1
	8	051810271-01	经颅重复磁刺激仪快速操作手册	本	1

本清单一式两份，甲方和乙方各执一份，作为合同附件及验收依据

甲方（盖章）:

日期:

乙方（盖章）:

日期: 2026.9.28

验收清单

订 单 号: vishee202609170014
供 货 方: 南京伟思医疗科技股份有限公司（甲方）
验 收 方: 平顶山市第六人民医院（乙方）
产品名称: 刺激线圈(VD1)
产品编码: 020300277
订单数量: 2
产品型号: VD1
产品配置:

项目	序号	物料编码	物料名称	单位	数量

本清单一式两份，甲方和乙方各执一份，作为合同附件及验收依据

甲方（盖章）:
日期:

乙方（盖章）:
日期: 2026.09.28

设备交付、验收确认单

客户名称	平顶山市第六人民医院		
使用科室	肾内科	产品名称	经颅重复磁刺激仪
☑合同编号 □流水号	2026647	产品数量	2台
设备型号	出厂编号	设备型号	出厂编号
MagTD Pro I	A022610039		
MagTD Pro I	A022610049		

一、安装调试要求

1. 安装要求：详见《产品使用手册》安装章节具体内容要求。
2. 现场调试要求：①安装调试人员检查产品外观及内部情况，确保产品正常。②产品通电开机后登录软件界面正常。③通过设备操作，检查产品是否正常工作。

二、设备验收情况

交付内容	交付要求	验收确认方法	是否符合
产品安全防护	检查产品是否完好，有无破损	目测产品外观	是 ☑ 否 □
检查产品是否为采购所需产品和型号	根据准备采购要求检查设备型号和具体实物	检查文件和设备	是 ☑ 否 □
检查随机文件（说明书、装箱清单等）和相关配件	随机文件和配件数量与装箱清单一致	清点文件和数量	是 ☑ 否 □
产品安装调试和各项功能检查	培训人员现场安装调试，依据设备使用说明书检查各项功能	培训人员演示和客户实际操作	是 ☑ 否 □
理论培训和临床指导	培训人员需现场进行培训和使用指导，保证客户学会	授课和实际操作	是 ☑ 否 □

设备交付、验收确认是否符合要求：　是 ☑　否 □

验收结论：产品性能、质量均符合合同约定的标准。

设备接收方 接收方签盖： 交付日期：2026.10.26	设备交付方 交付方签章： 交付日期：2026.10.26 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司